

KKTC
GÜV.K.K.LİĞİ SATINALMA KOMİSYON BAŞKANLIĞI
FİYAT TEKLİF ALMA FORMU

ONAY BELGESİ NU.: 21.11.2023 tarih ve 934.01.02-164512

TARİH: 22 / 11 / 2023

MUHTELİF TIBBİ CİHAZ VE MALZEME ALIMI


SR. NU.	MALZEMENİN İSMİ	MİKTAR	ÖLÇÜ	BİRİM FİYATI	TOPLAM TUTARI
				KDV HARİÇ (TL)	
1	PULSE OKSİMETRE 1. Parmak tipi, 2. Nabız ölçümü ve oksijen satürasyonu ölçme özellikli, 3. 2 adet AAA pili ile çalışan ve pil ömrünü gösteren, 4. Otomatik OLED ekran özellikli olmalıdır. SPO2 ölçüm alanı 0-100 olmalıdır. sütun ve dalga formu görüntüleme özelliği olmalıdır. 5. Enerji safiyatı düşük olmalı, 6. Pilleri ile birlikte 50 gr olmalıdır 7. En az 24 saat ölçüm yapabilmelidir 8. 5 saniye boyunca sinyal alamadığında otomatik kapanma özelliği olmalı.	6	ADET		
2	LARİNGOSKOP 1. 2.5 veya 2.7 volt aydınlatma sunan ampul 2. 1 handle(pilli güç haznesi) ve 3 yada 4 bladelı (ışık ile iletim yolu ve inceleme alanı boyunca görüntü alabilmek için gereken aydınlatmayı sağlar.) 3. 2-3-4 no'lu Macintosh (eğri) Blade 4. Bladeler çengel tipi olarak takılmalı ve saptaki özel yuvaya oturan üç bilyeli sistem kilitlemeli olmalıdır.	3	ADET		
3	STETESKOP 1. Yüksek ve düşük frekanslı sesler en iyi şekilde duyulmalıdır. 2. Üç kısımdan oluşmalıdır. (diyafram, tüp(elestik boru) ve kulaklık. 3. Tamburu çelik olmalıdır. 4. Tanbur kısmında temas noktasında ses kaybını önlemek ve mevcut ses kalitesini korumak için PVC halka bulunmalıdır. 5. Simetrik bir yapıda olmalıdır. 6. CE belgesi bulunmalıdır. 7. Ses alıcısından gelen PVC hortum herhangi bir ek olmadan ikiye ayrılarak kulak borularına bağlı olmalıdır.	16	ADET		
4	GLUCOMETRE 1. Strip kolayca yerleştirilebilmeli 2. 5-10 sn için ölçüm süresi 3. Cihazın ölçüm aralığı en az 20-500 mg/dL olmalı 4. Cihaz az miktarda numune ile periferik kandan ölçüm yapabilmeli 5. Yetersiz numune anlama ve uyarı verebilme 6. Büyük parlak ekran sayesinde kolay görebilme imkanı 7. Cihaz 10-40 santigrat arasında çevre ısılarında, yüksek ısı ve nemli ortamlarda da doğru sonuç verebilmeli 8. Ardışık ölçümlere uygun ve hata payı %5'ten fazla olmamalı	6	ADET		
5	İLK YARDIM MÜDAHALE ÇANTASI 1. Malzeme taşıma çantası olacaktır. 2. El ve omuz taşıma askısı olacaktır. 3. Reflektör şeritli olacaktır. 4. Ön, arka 2 geniş göz ve iç bölme ayırıcı olacaktır. 5. 22 cm*40 cm*23 cm 6. Mavi veya turuncu renk olacaktır. 7. İç muhteviyatı (pamuk 250 gr, sağ bezi, betadin 50 cc, elastik bandaj ve flaster 1'er adet olacaktır.)	20	ADET		

SR. NU.	MALZEMENİN İSMİ	MİKTAR	ÖLÇÜ	BİRİM FİYATI	TOPLAM TUTARI
				KDV HARİÇ (TL)	
6	TANSİYON ALETİ (MANUEL) 1. Kol ölçüsüne en uygun manşon boyu tercih edilecektir. 2. Kalp atış düzensizliğini tespit edebilen özellikte olacaktır.	21	ADET		
7	TANSİYON ALETİ DİJİTAL 1. Otomatik ölçüm yapacaktır. 2. Kullanırken stetoskop gereksinimi olmayacaktır. 3. Hafızalı olmalı ve kaydetme özelliğine sahip olacaktır. 4. Cihazın CE belgesi olacaktır.	7	ADET		
8	AĞIZ AYNA BAŞI 1. Paslanmaz çelikten olacaktır. 2. Otoklavlanabilir olacaktır. 3. 4 Numaradan 10 Adet ve 5 Numaradan 10 Adet olacaktır.	20	ADET		
9	VAKUM ASPİRATÖRÜ 1. Vakum göstergeli, 2. Silikon hortumlu, 3. Hava filtrelili, 4. Vakum ayarlı ve sıvı toplama kavanozlu olacaktır.	1	ADET		
10	DİAGNOSTİK SET (OTOSKOP, OFTALMOSKOP, RİNOSKOP) 1. Otoskop fiberoptik aydınlatma geliştirilmiş xenom teknolojisinde üretilmiş olacaktır. 2. 2,5-3 volt xenom ampul ile aydınlatma sağlayacaktır. 3. Cihaz gövdesi krom kaplı olacaktır. 4. Mercek otoskop başlığının gözlem penceresinin içinde bulunmalı ve çizilmeye karşı dayanıklı olacaktır. 5. 3 adet çok kullanımlık spekulum olacaktır. 6. Spektrumlar başlık kısmındaki çentiğe yerleştirilip döndürülerek takılıp çıkartılabilecektir. 7. CE belgesi olacaktır. 8. Set içerisinde bir adet krom kaplı burun spekulumu bulunacaktır. 9. Sert plastik koruyucu kutu içerisinde olacaktır. 10. Setin içerisinde farklı boylarda larenks aynası bulunacaktır.	24	ADET		
11	AMBULU OKSİJEN SETİ KOMPLE 1. Pulmoner resusitasyon için uygun olacaktır. 2. Sürekli oksijen kaynağı ve ventilasyon desteği sağlama özelliğine sahip olacaktır. 3. Medikal silikon hammadde, tekrar kullanılabilir olacaktır. 4. Yetişkin ambu balonu olacaktır. 5. 2 lt oksijen tüpü olacaktır. 6. Yetişkin, çocuk ve bebek ağız hava başlıkları olacaktır. 7. Yetişkin, çocuk ve bebek airway kanül olacaktır. 8. 2000 ml rezervuar torbası olmalı, 4 ve 5 numara silikon maske olacaktır. 9. Su geçirmez reflektörlü kumaştan imal tüp bağlama kelepçeli taşıma çantası olacaktır.	6	ADET		

SR. NU.	MALZEMENİN İSMİ	MİKTAR	ÖLÇÜ	BİRİM FİYATI	TOPLAM TUTARI
				KDV HARİÇ (TL)	
12	ATEŞ ÖLÇER TEMASSIZ (TABANCA ŞEKLİNDE) 1. Pil ile çalışabilecektir. 2. Temassız ölçüm yapabilecektir. 3. Kızıl ötesi olmalı ve dijital olacaktır. 4. En az 4 ölçüm Kayıt edebilecektir.	12	ADET		
GENEL TOPLAM YAZI İLE				RAKAM İLE :	

ALIMLA İLGİLİ ÖZEL KOŞULLAR:

1. EK'te gönderilen **sözleşme tasarısı ve teknik şartname** esaslarında alım yapılacaktır.
2. Geçici teminat alınmayacaktır. İhale **üzerinde kalan istekliden KESİN TEMİNAT** alınarak **SÖZLEŞME** yapılacaktır. Kesin teminat mektubu KKTC bankalarından veya yurt dışı bankalarının KKTC'de faaliyet gösteren şubelerinden alınmış olacaktır.
3. Teklifler zarfların açılacağı saate kadar üç şekilde verilebilir;
 - a. Kapalı zarf içerisinde Satınalma Komisyonuna (Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı Boğazköy GİRNE/KKTC) ELDEN TESLİM,
 - b. Kapalı zarf içerisinde iadeli taahhütlü posta veya kargo yoluyla,(zarfların açılacağı saate kadar posta kurumumuza ulaşmazsa teklif değerlendirme dışı bırakılır)
 - c. Kurumumuzun elektronik posta adresine veya faks numarasına **imzalı ve kaşeli/mühürlü** olarak göndermek yöntemiyle verilebilir.
4. Teklifimize **KDV hariç**, resim, vergi, harç ile ulaşım vb. bütün giderler dahildir.
5. **Güv.K.K.hınca alım süreci başlatılan bir dosyaya yönelik verilen herhangi bir teklifi veya en düşük teklifi seçmek zorunda olmadığınızı kabul ediyoruz.**
6. **Teklif Mektupları En Geç 5 (Beş) İş Günü İçerisinde Cevaplanacak, Cevaplanmayan Teklifler Değerlendirmeye Alınmayacaktır.**
7. Alımın üzerimize kalması durumunda Komutanlığınız tarafından yukarıdaki maddelerde açıklanan esasların gereklerini **yerine getireceğimizi kabul ve taahhüt ediyoruz.**


 Hüseyin İLKAN
 Muhabere Yarbay
 Satınalma Komisyon Başkanı

TEKLİF SAHİBİNİN

Teklif Tarihi ://2023

ADI SOYADI / FİRMA ADI :
 AÇIK TEBLİGAT ADRESİ :
 VERGİ (MENŞEİ) NU. :
 TELEFON VE FAKS NU. :
 E-MAİL ADRESİ (VARSA) :

AD SOYAD :
 İMZA :
 KAŞE :

TEKNİK İSTERLER DOKÜMANI

S. No.	Malzemenin Cinsi	Teknik İsterleri	Miktar	Birim
1	PULSE OKSİMETRE	1. Parmak tipi, 2. Nabız ölçümü ve oksijen satürasyonu ölçme özellikli, 3. 2 adet AAA pili ile çalışan ve pil ömrünü gösteren, 4. Otomatik OLED ekran özellikli olmalıdır. SPO2 ölçüm alanı 0-100 olmalıdır. sütun ve dalga formu görüntüleme özelliği olmalıdır. 5. Enerji safiyatı düşük olmalı, 6. Pilleri ile birlikte 50 gr olmalıdır 7. En az 24 saat ölçüm yapabilmelidir 8. 5 saniye boyunca sinyal alamadığında otomatik kapanma özelliği olmalı.	6	ADE T
2	LARİNGOSKOP	1. 2.5 veya 2.7 volt aydınlatma sunan ampul 2. 1 handle(pilli güç haznesi) ve 3 yada 4 bladelı (ışık ile iletim yolu ve inceleme alanı boyunca görüntü alabilmek için gereken aydınlatmayı sağlar.) 3. 2-3-4 no'lu Macintosh (eğri) Blade 4. Bladeler çengel tipi olarak takılmalı ve saptaki özel yuvaya oturan üç bilyeli sistem kilitlemeli olmalıdır.	3	ADE T
3	STETESKOP	1. Yüksek ve düşük frekanslı sesler en iyi şekilde duyulmalıdır. 2. Üç kısımdan oluşmalıdır. (diyafram, tüp(elestik boru) ve kulaklık. 3. Tamburu çelik olmalıdır. 4. Tanbur kısmında temas noktasında ses kaybını önlemek ve mevcut ses kalitesini korumak için PVC halka bulunmalıdır. 5. Simetrik bir yapıda olmalıdır. 6. CE belgesi bulunmalıdır. 7. Ses alıcısından gelen PVC hortum herhangi bir ek olmadan ikiye ayrılarak kulak borularına bağlı olmalıdır.	16	ADE T
4	GLUCOMETRE	1. Strip kolayca yerleştirilebilmeli 2. 5-10 sn için ölçüm süresi 3. Cihazın ölçüm aralığı en az 20-500 mg/dL olmalı 4. Cihaz az miktarda numune ile periferik kandan ölçüm yapabilmeli 5. Yetersiz numune anlama ve uyarı verebilme 6. Büyük parlak ekran sayesinde kolay görebilme imkanı 7. Cihaz 10-40 santigrat arasında çevre ısılarda, yüksek ısı ve nemli ortamlarda da doğru sonuç verebilmeli 8. Ardışık ölçümlere uygun ve hata payı %5'ten fazla olmamalı	6	ADE T

S. No.	Malzemenin Cinsi	Teknik İsterleri	Miktar	Birim
5	İLK YARDIM MÜDAHALE ÇANTASI	1. Malzeme taşıma çantası olacaktır. 2. El ve omuz taşıma askısı olacaktır. 3. Reflektör şeritli olacaktır. 4. Ön, arka 2 geniş göz ve iç bölme ayracı olacaktır. 5. 22 cm*40 cm*23 cm 6. Mavi veya turuncu renk olacaktır. 7. İç muhteviyatı (pamuk 250 gr, sağı bezi, betadin 50 cc, elastik bandaj ve flaster 1'er adet olacaktır.)	20	ADE T
6	TANSİYON ALETİ (MANUEL)	1. Kol ölçüsüne en uygun manşon boyu tercih edilecektir. 2. Kalp atış düzensizliğini tespit edebilen özellikte olacaktır.	21	ADE T
7	TANSİYON ALETİ DİJİTAL	1. Otomatik ölçüm yapacaktır. 2. Kullanırken steteskop gereksinimi olmayacaktır. 3. Hafızalı olmalı ve kaydetme özelliğine sahip olacaktır. 4. Cihazın CE belgesi olacaktır.	7	ADE T
8	AĞIZ AYNA BAŞI	1. Paslanmaz çelikten olacaktır. 2. Otoklavlanabilir olacaktır. 3. 4 Numaradan 10 Adet ve 5 Numaradan 10 Adet olacaktır.	20	ADE T
9	VAKUM ASPİRATÖRÜ	1. Vakum göstergeli, 2. Silikon hortumlu, 3. Hava filtreli, 4. Vakum ayarlı ve sıvı toplama kavanozlu olacaktır.	1	ADE T
10	DİAGNOSTİK SET (OTOSKOP, OFTALMOSKOP, RİNOSKOP)	1. Otoskop fiberoptik aydınlatma geliştirilmiş xenom teknolojisinde üretilmiş olacaktır. 2. 2,5-3 volt xenom ampul ile aydınlatma sağlayacaktır. 3. Cihaz gövdesi krom kaplı olacaktır. 4. Mercek otoskop başlığının gözlem penceresinin içinde bulunmalı ve çizilmeye karşı dayanıklı olacaktır. 5. 3 adet çok kullanımlık spekulum olacaktır. 6. Spektrumlar başlık kısmındaki çentiğe yerleştirilip döndürülerek takılıp çıkartılabilecektir. 7. CE belgesi olacaktır. 8. Set içerisinde bir adet krom kaplı burun spekulumu bulunacaktır. 9. Sert plastik koruyucu kutu içerisinde olacaktır. 10. Setin içerisinde farklı boylarda larenks aynası bulunacaktır.	24	ADE T

S. No.	Malzemenin Cinsi	Teknik İsterleri	Miktar	Birim
11	AMBULU OKSİJEN SETİ KOMPLE	1. Pulmoner resusitasyon için uygun olacaktır. 2. Sürekli oksijen kaynağı ve ventilasyon desteği sağlama özelliğine sahip olacaktır. 3. Medikal silikon hammadde, tekrar kullanılabilir olacaktır. 4. Yetişkin ambu balonu olacaktır. 5. 2 lt oksijen tüpü olacaktır. 6. Yetişkin, çocuk ve bebek ağız hava başlıkları olacaktır. 7. Yetişkin, çocuk ve bebek airway kanül olacaktır. 8. 2000 ml rezervuar torbası olmalı, 4 ve 5 numara silikon maske olacaktır. 9. Su geçirmez reflektörlü kumaştan imal tüp bağlama kelepçeli taşıma çantası olacaktır.	6	ADE T
12	ATEŞ ÖLÇER TEMASSIZ (TABANCA ŞEKLİNDE)	1. Pil ile çalışabilecektir. 2. Temassız ölçüm yapabilecektir. 3. Kızıl ötesi olmalı ve dijital olacaktır. 4. En az 4 ölçüm Kayıt edebilecektir.	12	ADE T

Açıklamalar:

1. Belirtilen ölçülerde $\pm$ %5 değerinde tolerans uygulanabilecektir.
2. Muayene aşamasında ölçülemeyen değerler satın alınan malzeme ile ilgili yayımlanmış olan teknik el kitapları, şemalar, tarife, katalog vb. dokümanlara göre yapılacaktır. Teknik el kitapları, şemalar, tarife, katalog vb. dokümanlarda da yer almayan hususlar için ise yüklenici tarafından taahhütname verilecektir.

KAŞE/İMZA