

KKTC
GÜV.K.K.LİĞİ SATINALMA KOMİSYON BAŞKANLIĞI
FİYAT TEKLİF ALMA FORMU

ONAY BELGESİ NU.: 21.11.2023 tarih ve 934.01.02-164509

TARİH: 22 / 11 / 2023

BİFAZİK EKSTERMAL DEFİBRİLATÖR ALIM

SR. NU.	MALZEMENİN İSMİ	MİKTAR	ÖLÇÜ	BİRİM FİYATI	TOPLAM TUTARI
				KDV HARİÇ (TL)	
1	BİFAZİK EKSTERMAL DEFİBRİLATÖR 1. EKG Çekim özelliği olmalıdır. 2. Termal dahili yazıcısı olmalıdır. ECG (Elektrokardiyografi) ve Spo2 verilerini kolay ve rahat değerlendirebilme imkanı sağlamalıdır. 3. EKG Kaplosu, kağıdı ve elektrotları olmalıdır. Bifazik dalga formunda olmalıdır. 4. Senkronize ve Asenkronize çalışma özelliği olmalıdır. 5. AC230V/1A 50-60 Hz gücünde, 8,5 kg ağırlığında olmalıdır. 6. 403x152x324 mm ölçülerinde olmalıdır. 7. EKG Derivasyonu: DI-DII-DIII-AvR-AvL-Avf-C1..C6 olmalıdır. 8. Kalp atım alarm aralığı: 15-300 ,EKG sinyal doldurma özelliği olmalı. 9. LCD ekran özelliği ve 320x240 ekran çözünürlüğü ve 5.5 inch ekran ölçüsü, 25 mm/sn ekran hızı olmalı olmalı. 10. Yazıcı Kağıt genişliği 50 mm, Monitör izleme süresi 4 saat olmalıdır. 11. Kompakt 4'ü bir arada sistem. Monitörizasyon, Manüel Defibrilasyon, AED(Otomatik Harici Defibrilatör) ve harici pilli fonksiyonları olmalıdır. 12. Taşıma sırasında harici güç kaynağı olmadan sürekli uzun süreli izleme ve şok desteği için yüksek güç kapasiteli batarya 13. Defibrilasyon için yüksek enerji 360J ile şoklama. 14. Harici kullanım uzun süreli pil ömrü olmalıdır.	2	ADET		
GENEL TOPLAM YAZI İLE				RAKAM İLE :	

ALIMLA İLGİLİ ÖZEL KOŞULLAR:

1. EK'te gönderilen sözleşme tasarısı ve teknik şartname esaslarında alım yapılacaktır.
2. Geçici teminat alınmayacaktır. İhale üzerinde kalan istekliden KESİN TEMİNAT alınarak SÖZLEŞME yapılacaktır. Kesin teminat mektubu KKTC bankalarından veya yurt dışı bankalarının KKTC'de faaliyet gösteren şubelerinden alınmış olacaktır.
3. Teklifler zarfların açılacağı saate kadar üç şekilde verilebilir;
 - a. Kapalı zarf içerisinde Satınalma Komisyonuna (Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı Boğazköy GİRNE/KKTC) ELDEN TESLİM,
 - b. Kapalı zarf içerisinde iadeli taahhütlü posta veya kargo yoluyla, (zarfların açılacağı saate kadar posta kurumumuza ulaşmazsa teklif değerlendirme dışı bırakılır)
 - c. Kurumumuzun elektronik posta adresine veya faks numarasına imzalı ve kaşeli/mühürlü olarak göndermek yöntemiyle verilebilir.
4. Teklifimize KDV hariç, resim, vergi, harç ile ulaşım vb. bütün giderler dahildir.
5. Güv.K.K.Liğınca alım süreci başlatılan bir dosyaya yönelik verilen herhangi bir teklifi veya en düşük teklifi seçmek zorunda olmadığınızı kabul ediyoruz.
6. Teklif Mektupları En Geç 5 (Beş) İş Günü İçerisinde Cevaplanacak, Cevaplanmayan Teklifler Değerlendirmeye Alınmayacaktır.
7. Alımın üzerimize kalması durumunda Komutanlığınız tarafından yukarıdaki maddelerde açıklanan esasların gereklerini yerine getireceğimizi kabul ve taahhüt ediyoruz.


Hüseyin İLKAN
Muhabere Yarbay
Satınalma Komisyon Başkanı

TEKLİF SAHİBİNİN

Teklif Tarihi :/...../2023

ADI SOYADI / FİRMA ADI :

AÇIK TEBLİGAT ADRESİ :

VERGİ (MENŞEİ) NU. :

TELEFON VE FAKS NU. :

E-MAIL ADRESİ (VARSA) :

AD SOYAD :

İMZA :

KAŞE :

TEKNİK İSTERLER DOKÜMANI

S. No.	Malzemenin Cinsi	Teknik İsterleri	Miktar	Birim
1	Bifazik Eksternal Defibrilatör	1. EKG Çekim özelliği olmalıdır. 2. Termal dahili yazıcısı olmalıdır. ECG (Elektrokardiyografi) ve Spo2verilerini kolay ve rahat değerlendirebilme imkanı sağlamalıdır. 3. EKG Kaplosu, kağıdı ve elektrotları olmalıdır.Bifazik dalga formunda olmalıdır. 4. Senkronize ve Asenkronize çalışma özelliği olmalıdır. 5. AC230V/1A 50-60 Hz gücünde, 8,5 kg ağırlığında olmalıdır. 6. 403x152x324 mm ölçülerinde olmalıdır. 7. EKG Derivasyonu: DI-DII-DIII-AvR-AvL-Avf-C1..C6 olmalıdır. 8. Kalp atım alarm aralığı:15-300 ,EKG sinyal doldurma özelliği olmalı. 9. LCD ekran özelliği ve 320x240 ekran çözünürlüğü ve 5.5 inch ekran ölçüsü, 25 mm/sn ekran hızı olmalı olmalı. 10. Yazıcı Kağıt genişliği 50 mm, Monitör izleme süresi 4 saat olmalıdır. 11. Kompakt 4'ü bir arada sistem. Monitörizasyon, Manüel Defibrilasyon, AED(Otomatik Harici Defibrilatör) ve harici pilli fonksiyonları olmalıdır. 12. Taşıma sırasında harici güç kaynağı olmadan sürekli uzun süreli izleme ve şok desteği için yüksek güç kapasiteli batarya 13. Defibrilasyon için yüksek enerji 360J ile şoklama. 14. Harici kullanım uzun süreli pil ömrü olmalıdır.	2	Adet

Açıklamalar:

1. Belirtilen ölçülerde $\pm$ %5 değerinde tolerans uygulanabilecektir.

2. Muayene aşamasında ölçülemeyen değerler satın alınan malzeme ile ilgili yayımlanmış olan teknik el kitapları, şemalar, tarife, katalog vb. dokümanlara göre yapılacaktır. Teknik el kitapları, şemalar, tarife, katalog vb. dokümanlarda da yer almayan hususlar için ise yüklenici tarafından taahhütname verilecektir.

KAŞE/İMZA