

TEKNİK İSTERLER DOKÜMANI

1. Hidrostatik basınç testi ve dolumu yapılacak tüpler aşağıdaki tabloda açıklanmıştır.

S. No.	Malzemenin Cinsi	Miktar	Birim
1	Oksijen Tüpü 10 Lt. Hidrostatik Basınç Testi ve Dolum Hizmeti	95	Adet
2	Oksijen Tüpü 5 Lt. Hidrostatik Basınç Testi ve Dolum Hizmeti	4	Adet
3	Oksijen Tüpü 2 Lt. Hidrostatik Basınç Testi ve Dolum Hizmeti	25	Adet

2. Basınç testi sonucu üçer adet sağlam/arızalı olduğunu gösteren sertifika düzenlenecektir.

3. Testten geçen tüplerin üzerine basınç testinden geçtiğini gösteren çakma mühür vurulacaktır.

4. Yapılacak test ve dolum için en az 12 (on iki) ay garanti verilecektir. Alınan hizmete ilişkin garanti belgesi düzenlenmesinin mümkün olmaması durumunda, yüklenici Cetvel-1'de örneği sunulan belgeyi idareye sunmak zorundadır.

5. Alım kararının tebliğini müteakip söz konusu tüpler Lojistik Destek Sıhhiye Bölük Komutanlığı tarafından yüklenici ile koordine edilerek hidrostatik basınç testi ve dolumu yapılması sağlanacaktır.

6. Test ve dolum yapılacak tüpler Lojistik Destek Sıhhiye Bölük Komutanlığı koordinesinde yüklenici firmaya birlik ikmal sorumlularınca imza karşılığında teslim edilecek ve işlemin tamamlanmasını müteakip teslim alınacaktır. Yüklenici firmaya nakliyesi birlik komutanlıkları tarafından yapılacaktır.


7. Söz konusu tüpler yüklenici tarafından 4 parti halinde haftalık en az 30 (otuz) adet teslim alınmasına müteakiben her parti için en fazla 5 (beş) iş gününü geçmeyecek şekilde hidrostatik basınç testi ve dolumu yapılarak teslim edilecek ve diğer parti alınacaktır. Hizmetin bedeli tüm tüplerin basınç ve dolum işlemi tamamlanmasına müteakip bir seferde yapılacaktır.

8. Hizmetin Muayenesi Sağlık Şube Müdürlüğü tarafından oluşturulan Kontrol Teşkilâtı tarafından yapılacak göz ve fonksiyon muayenesi neticesinde Cetvel-2 "Servis Formu" doldurulacaktır. Kontrol Teşkilâtınca Cetvel-3'de yer alan "Hizmet İşleri Kabul Tutanağı" hazırlanarak Güv.K.K.nın onayına sunulacaktır.

9. Söz konusu malzemeler için; kısmi teklif kabul edilmeyecek kısmi kabul yapılmayacaktır.


10. Söz konusu hizmet Yükleniciye yapılan tebligattan itibaren 45 (kırk beş) takvim günü içerisinde 4 parti tamamlanacaktır.

11. Getirilen malın uygun olmadığı tespit edildiğinde, firma, teslim süresi içinde 1 (bir) defaya mahsus olmak üzere malını alıp yenisini getirebilecektir.



12. Muayene aşamasında ölçülemeyen değerler satın alınan hizmet ile ilgili yayımlanmış olan teknik el kitapları, şemalar, tarife, katalog vb. dokümanlara göre yapılacaktır. Teknik el kitapları, şemalar, tarife, katalog vb. dokümanlarda da yer almayan hususlar için ise yüklenici tarafından taahhütname verilecektir.


13. Süre uzatımı v.b. durumlarda Kamu İhale Sözleşmeleri Esas ve Usuller Tüzüğü esas alınacaktır.



Melike ŞENGİL
Söz.Per.
Tedarik Uzmanı




Halil İbrahim ÇAKIR
İkm.Asb.Bçvş.
Tedarik Astsubayı




Ayhan TUNCAY
İkmal Albay
Tedarik Şube Müdürü

(O L U R)

11/04/2025



İlker GÖRGÜLÜ
Tümgeneral
Güvenlik Kuvvetleri Komutanı



Cetvel: Garanti Taahhütname Örneği