




S. No.	Malın İsmi	Miktarı	Ürün Özellikleri
1	Klor Test Kiti	250 Adet	<ol style="list-style-type: none"> 1. Serbest Klor ölçümü yapılabilecek özellikte olacaktır. 2. Ölçüm aralığı 0,1-0,3-0,5-1-3-5 ppm olacaktır. 3. Test limiti 0,1 ppm olacaktır. 4. Klor indikatörü olarak ortotolidin solüsyonu içermelidir. 5. Teslim edilecek malzemeler kırık ve çatlak olmayacaktır.

Açıklamalar:

1. Birim ambalajlar piyasa teamülü nakliye ambalajına konacaktır.
2. Nakliye ambalajları yırtılmış ıslanmış ve nakliye ambalajının iç yüzeyine nüfus edecek şekilde kirlenmiş olmayacaktır.
3. Söz konusu malzemeler Yükleniciye yapılan tebligattan itibaren **30 takvim günü** içerisinde defaten teslim edilecektir.
4. Söz konusu malzemeler için en az **12 (on iki) ay garanti** verilecektir. Alınan mallara ilişkin idare adına garanti belgesi düzenlenmesinin mümkün olmaması durumunda, yüklenici **Cetvel-1'de** örneği sunulan belgeyi idareye sunmak zorundadır.
5. Getirilen malın uygun olmadığı tespit edildiğinde, firma, teslim süresi içinde **1 (bir) defaya mahsus** olmak üzere malını alıp yenisini getirebilecektir.
6. Nakliye masrafları yükleniciye aittir. Taşınma esnasında oluşabilecek her türlü hasardan yüklenici sorumludur.


Dilek CEYLAN
Söz.Gıda.Müh.
Tedarik Uzmanı


Halil İbrahim ÇAKIR
İkm.Asb.Çevş
Tedarik Astsubayı


Özgür ADAK
İkmal Albay
Tedarik Şube Müdürü

(O L U R)

14/05/2026


İker GORGÜLÜ
Tümgeneral

Güvenlik Kuvvetleri Komutanı